

## NAVODILO ZA UPORABO APARATA

# WR Wassertechnik Reinstwasser DEIONIZATOR RD 2000 do RD 6000



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Vaš deionizator tipa RD 2000 do RD 6000 je tehnično visoke vrednosti. Pri pravilni uporabi bo zmeraj deloval v vaše popolno zadovoljstvo.

## **1. Dodatni deli :**

Deionizator tipa RD je sestavljen iz naslednjih delov:

- a) patrona deionizatorja iz jekla, polnjena z visoko vrednostno smolo
- b) merilec prevodnosti z LeD - prikazom v us/ern
- c) cev za svežo vodo
- d) cev, ki povezuje patrono in merilec prevodnosti
- e) cev za čisto vodo

## **2. Montaža in regeneracija smole: SERVIS MIKRO+POLO!**



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**